

Resetare contor filtru - Medumat Standard 2

(doar când se înlocuiește filtrul cu unul nou)


1 - Porniți ventilatorul

2 - Apăsați butonul MENU




3 - Apăsați butonul rotativ din dreptul textului "CONTINUARE"
(practic, introducerea codului de acces 00000)

4 - Alegeți din meniu "CONFIGURARE APARATE"



5 - Alegeți "Resetare contor filtru"



6 - Selectați "RESETARE"