Verificare la schimb de tură

1

Verificare acumulator

Detașați ambii acumulatori și testați nivelul de energie

→

2

Pornire

Glisați butonul Power On/Off.

→

3

Montare

Montați brațul pe placă

→

4

Verificare senzor

Apăsați de jos în sus pe adaptorul de terapie

→

5

Terapie

Apăsați pe butonul start terapie

→

6

Rulare acumulatori

La aproximativ 1-2 săptămâni schimbați acumulatorul principal cu cel de rezervă